2013.09（第1版）

ザムスト

ZW-5
ZW-7

［腰用サポーター］

使用説明書

ZAMST®

このたびは本製品をお買い上げいただきまして、ありがとうございます。安全にご利用いただくために、必ずご使用前に本使用説明書をお読みください。また、本使用説明書はいつでもお読みになれるよう大切に保管してください。

【用途】

●腰の保護

【特長】

●本体背部に取りつけられた硬質メッシュワッペンが、背部を広い範囲でサポートし、腰の安定性を高めます。
●本体伸縮部分内側に取りつけられたスチレンメッシュが、運動時のずり上がりを的確に抑えます。
●柔らかく、適度な厚みがありながらも、十分な通気性を持った立体メッシュ構造を採用。プレー中もムレにくく快適です。
●腹腔圧上昇効果をさらに高める補助ベルトがついています。また、補助ベルトは、外しても邪魔にならない一体型です。
●サポーター背部に取りつけられたオリジナル内蔵フラットステー（ZW-5は2本、ZW-7は4本）が、腰の安定性を高めます。
●補助ベルトの内側に取りつけられたインナーストラップが、硬質メッシュワッペンとオリジナル内蔵フラットステーをより背部に密着させ、支持効果を高めます。また、骨盤を通過させることで骨盤を効果的に固定します。（ZW-5のみ）
●本体伸縮部分に取りつけられた骨盤ストラップが骨盤をしっかりと固定します。（ZW-7のみ）
●本体背部に立体裁断を採用することで、高いフィット性を実現します。（ZW-7のみ）

【はじめにお読みください】

●本使用説明書は、ZW-5およびZW-7に共通です。
●本製品は腰の保護を目的としていますが、必ずしも完全に保護できるものではありません。
●本製品は腰の疾患を治療できるものではありません。
●本製品を使用する前にサイズが合っているかどうか再度確認してください。サイズ表は本使用説明書のP.8にあります。
●本使用説明書のイラストでは、説明を分かりやすくするために、製品の色を白黒の2色で表現しています。

【使用上の注意－必ずお読みください－】

本使用説明書では、安全に関わる注意事項をその危険の大きさの程度に応じて次のように分類しています。
⚠警告…誤った使い方をすると、人が重傷を負う可能性がある内容
⚠注意…誤った使い方をすると、人が軽傷を負うか、または本製品以外の他の財物に損害を与える可能性がある内容

⚠警告	●異常の発生や症状の悪化を防ぐため、次の場合は使用しないでください。 ・アレルギー体質の方や肌が過敏な方。 ※ZW-7は天然ゴムを使用しています。天然ゴムはラテックスを含み、かゆみ、発赤、じんましん、むくみ、発熱、呼吸困難、ぜんそく様症状、血圧低下、ショックなどのアレルギー性症状をまれに起こすことがあります。このような症状を起こした場合には、ただちに使用を中止し、医師の診察を受けてください。 ・装着部に骨折、傷、しびれ、腫れ、湿疹、かぶれなどの異常がある場合。 ●次のことを必ず守って正しく使用してください。正しく使用しないと、血行障害や負傷事故の原因となります。 ・腰以外の部位に使用しないでください。 ・サイズの合った製品を使用してください（サイズ表は本使用説明書のP.8にあります）。 ・就寝時は使用しないでください。 ・長時間装着する場合は、長時間の圧迫などによる皮膚障害や血行障害のおそれがありますので、適宜装着し直してください。 ・妊娠中または妊娠していると思われる場合は使用しないでください。 ・上下、表裏、前後を正しく使用してください。 ・装着手順に従って正しく使用してください。 ・サポーター本体や補助ベルトをきつく締めすぎないでください。 ・使用中にたるんだりずれたりしたときは、必ず手順の始めから正しく装着し直してください。 ・摩耗、損傷のある場合や面ファスナーのつきが悪くなった場合は使用しないでください。 ・本製品の加工、改造、修理を行わないでください。 ●負傷事故を防ぐため、次の場合は使用しないでください。本製品のオリジナル内蔵フラットステーはプラスチック製です。 ・本製品との接触により、他人を傷つけることが予想される場合。 ●本製品の使用中に次の異常が発生したら、ただちに使用を中止し、医師に相談してください。使用を続けると、症状が悪化する原因となります。 ・つけごこちが悪いなど違和感がある場合。 ・装着部にケガ、骨折、傷、痛み、しびれ、腫れ、湿疹、かぶれなどの異常が生じた場合。

⚠注意	●本製品は、必ず肌着や衣類の上から装着し、肌に直接当てないでください。 ●本製品は、汗や摩擦などにより色落ちや他の生地に色移りする場合があります。 ●面ファスナーが衣類につかないように装着してください。ほつれや伝線の原因となります。

【お手入れ方法】

⚠注意	●本製品は、洗濯の際に色落ちや他の生地に色移りする場合がありますので、色の薄いものと一緒に洗濯しないでください。 ●面ファスナーが他のものにつくと、ほつれや伝線の原因になりますので、一緒に洗濯しないでください。

●洗濯の際は、水と洗濯用合成洗剤などでていねいに押し洗いし、絞らないように水気を取った後、日陰で吊り干しにしてください。
●面ファスナーのつきが悪くなるおそれがありますので、面ファスナーを本体にとめて洗濯してください。
●乾燥機での乾燥、ドライクリーニングは行わないでください。また、アイロン、塩素系漂白剤、柔軟剤は使用しないでください。製品をいためる原因となります。

【各部の名称[ZW-5]】



＜製品の表側＞



＜製品の裏側＞



【各部の名称[ZW-7]】



＜製品の表側＞



＜製品の裏側＞



【装着手順】

●装着前に本使用説明書P.2の【使用上の注意ー必ずお読みくださいー】をよく読んでから、手順通り正しく装着してください。
●装着手順ではZW-5を示していますが、ZW-7も同様に装着してください。

❶ サポーター本体の面ファスナーをすべて取り外し、製品の上下と表裏を確かめてください。



サポーター本体裏側のサイズ表示のタグがついている方が上で、体に当てる側になります。

❷ 腰にサポーターを当てます。

[ZW-5]の場合



装着位置は、サポーターの背当て上端がへその高さと同じになることが目安になります。製品の表中央にあるワッペンの中心が、背骨の中心にくるように当ててください。

[ZW-7]の場合



装着位置は、サポーターの背当て上端がへその高さから約３cm上にくることが目安になります。製品の表中央にあるワッペンの中心が、背骨の中心にくるように当ててください。

❸ サポーター本体で腰をおおい、体の正面で面ファスナーをとめます。



本体両端部を引っ張りながら、前合わせ部の上端がへその下にくることを目安にして、体の正面で面ファスナーをとめます。

❹ 補助ベルトをサポーター本体にとめます。



補助ベルトの端を両手で持ち、左右同時に適度に引っ張って、前合わせ部に補助ベルト面ファスナーをとめます。

❺ サポーターのゆるみやズレがないか確かめてください。違和感がある場合は、再度、始めから装着し直してください。

[ZW-5]の場合

装着完了時



＜前から見た図＞



＜横から見た図＞



＜後ろから見た図＞

[ZW-7]の場合

装着完了時



＜前から見た図＞



＜横から見た図＞



＜後ろから見た図＞

【素材】

素材	
繊維	ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン
その他（繊維外）	天然ゴム(ラテックス含む)(ZW-7のみ)、ポリスチレン、ポリプロピレン

※お願い：本製品を廃棄する際は、各地方自治体の廃棄区分に従ってください。